



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3652-1183 / 3652-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 89.340-000 - ITAIÓPOLIS/SC



Ofício FB/ALM Nº 0111/2023

Itaiópolis, 06 de novembro de 2023

**Ao Departamento de Licitação:
Resposta referente ofício nº 132/2023/CPL
Referente Pregão Eletrônico nº 11/2023
Processo Administrativo nº 23/2023**

PARECER TÉCNICO

01-Venho por meio deste em resposta ao recurso apresentado pela empresa **TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI,**

O recurso apresentado referente ao item **10 ALGODÃO HIDRÓFILO: composto de fibras 100% algodão, em camadas contínuas em forma de rolo (manta) com o mínimo de 24cm de largura, provido de papel apropriado em toda a extensão. O produto deverá apresentar aspecto uniforme, sem grumos ou quaisquer impurezas, com boa absorção, macio, na cor branca. Embalado em saco plástico individual contendo 500 gramas, constando externamente dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA.**

Fica **INDEFERIDO**, a apresentação de amostra neste item, em relação ao acompanhamento do mesmo, ficamos a disposição pela transparência recebida.

O recurso apresentado referente ao item **18 AUTO LANCETA AUTOMÁTICA: Lanceta automática descartável conforme NR32, agulha em aço inox para obtenção de sangue capilar, retrátil, estéril, com agulha siliconizada, ponta trifacetada, com diâmetro de 28G ou 30G, disparada através de contato (sem botão de acionamento), com dispositivo de segurança, que impeça o reuso e provida de lacre, com profundidade de penetração de até 1,4mm. Embalagem com 100 unidades contendo dados de identificação do produto, número de lote, tipo de esterilização, data de fabricação/ validade**



e registro no ms/ANVISA.; fica **DEFERIDO**, conforme fls nº1.947 do processo licitatório, passando assim ao próximo vencedor do certame.

O recurso apresentado referente ao **item 19 AVENTAL CIRÚRGICO DESCARTÁVEL: manga longa - pacote com 10 unidades - confeccionado em tnt (polipropileno), ribana em malha de no mínimo 06cm nos punhos, com tiras para amarrar na cintura e no pescoço. Gramatura 30. Cor Branca. Atendendo rigorosamente a RDC379.**

Fica **INDEFERIDO** a apresentação de amostra neste item, em relação ao acompanhamento do mesmo, ficamos a disposição pela transparência recebida.

O recurso apresentado referente ao **item 36 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5: Compressa de gaze hidrófila não estéril medindo 7,5x7,5cm fechada e 15x30cm quando aberta, densidade de 13 fios por cm², confeccionadas em fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras, alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Possuir dobras uniformes e para dentro em toda a sua extensão para evitar o desfilamentos. Embaladas em pactes com 500 unidades com peso mínimo de 500 gramas por pacote. Apresentar afe do fabricante. O produto deverá atender na íntegra as especificações da nbr13.843. Apresentar amostra.**

Parecer: Onde a mesma alega a não apresentação da AFE, as referidas apresentações das documentações constam as informações na Ata de recebimento e abertura de documentação, fls 1931 do referido processo licitatório.

O recurso apresentado referente ao **item 38 COMPRESSA DE GAZE TIPO QUEIJO: não estéril, em rolo, confeccionada com fios 100% algodão em tecido tipo tela, composta por 3 dobras, 13 fios/cm², e 8 camadas no formato 91 cm x 91 m. Altamente absorvente, alvejada e isenta de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos e alvejantes ópticos. Apresentar afe do fabricante. Embaladas individualmente em saco plástico com peso mínimo de 1,846 kg, trazendo externamente os dados de ínimo I ação, procedência, número de lote, método, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no Ministério da Saúde, de acordo com as especificações da NBR 14.108. Apresentar amostra.**

Parecer: Onde a mesma alega a não apresentação da AFE, as referidas apresentações das documentações constam as informações na Ata de recebimento e abertura de documentação, fls 1931 do referido processo licitatório.



O recurso apresentado referente ao **item 40 DETERGENTE ENZIMÁTICO**: não espumante contendo as seguintes enzimas em sua formulação amilase, lipase, protease, carbohidrase, celulase, peptidase, mannanase, álcool isopropílico, agente de controle de ph, conservantes, tensoativo não iônico, coadjuvantes, estabilizantes, aditivos e água. Ph neutro (6,5 a 7,5). Biodegradável, compatível com a limpeza manual ou automática, diluição de 1 ml/l. Embalagem em frasco rígido, com selo de segurança anti-vazamento na apresentação em fracos com 1 litro. Deverão constar na embalagem do produto, o nome, a data de fabricação, a validade do mesmo e o número do lote, conforme legislação sanitária.

Fica **INDEFERIDO** a apresentação de ficha técnica neste item, produto será analisado ao recebimento conforme manda o descritivo, em relação ao acompanhamento do mesmo, ficamos a disposição pela transparência recebida.

O recurso apresentado referente ao **Item 42: EQUIPO CONECTOR 2 VIAS**: com corta fluxo em cores distintas, tubo: flexível, confeccionado em PVC, atóxico, apirogênico e transparente. Conector luer macho: possui um conector rotativo slip e lock com conectividade de 6% (luer) padrão universal. Protetor do conector luer macho: mantém a integridade e esterilidade do conector luer macho e do interior do infusor. Conector fêmea: possui conectores luer lock fêmea com conectividade de 6% (luer) padrão universal. Conector: converte 2 entradas em uma saída. Esterilizado por óxido de etileno. Embalado individualmente em plástico estéril com papel grau cirúrgico, constando dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA.

Fica **indeferido** a apresentação de amostra neste item, em relação ao acompanhamento do mesmo, ficamos a disposição pela transparência recebida.

O recurso apresentado referente ao **item 43: EQUIPO MACROGOTAS**: estéril, uso único, biocompatível, ponta perfurante, multiajustável com protetor, câmara de macrogotas flexível com capacidade mínimo de 9ml, liberando 20 gts/min, filtro de 15 micras para solução, filtro bacteriano para ar, tubo extensor em PVC aerado, atóxico e apirogênico, flexível com pinça rolete (regulador de fluxo destinado ao controle de gotejamento, regula o fluxo de solução entre zero e o máximo e com sistema que permita encurtar o comprimento do tubo caso necessário) e pinça clamp (que assegure a interrupção do fluxo em zero quando necessário sem alterar a regulagem da pinça rolete). Ponto de infusão lateral (em Y) autovedante com protetor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3652-1163 / 3652-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 89.340-000 - ITAIPÓPOLIS/SC



de dedos atendendo a NR32, conector macho rotativo slip e lock na mesma peça e tampa protetora com filtro que permita a retirada do ar do sistema sem desconectar a tampa. Embalado individualmente em plástico estéril com papel grau cirúrgico, constando dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA.

Fica **INDEFERIDO** a apresentação de amostra neste item, em relação ao acompanhamento do mesmo, ficamos a disposição pela transparência recebida.

O recurso apresentado referente ao **item 44 EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL**: estéril, fabricado em PVC flexível, possui ponta perfurante com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível com mínimo de 9 escalonamento. Viabiliza o controle de fluxo de soluções, uma vez que, possui pinça rolete que garante precisão no controle de gotejamento com dispositivo que permita encurtar o tubo quando necessário. Tubo em PVC aerado na cor azul, que evita a conexão acidental com o acesso venoso. Atóxico, apirogênico e de uso único. Embalado individualmente em plástico estéril com papel grau cirúrgico, constando dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA.

Fica **INDEFERIDO** a apresentação de amostra neste item, em relação ao acompanhamento do mesmo, ficamos a disposição pela transparência recebida.

O recurso apresentado referente ao **item 45 ESFIGMOMANÔMETRO** aneroide mecânico de pressão arterial, sistema de montagem interna livre de engrenagens, indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg. Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg. Resistência a impacto cumprindo padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Sistemade troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon com brasão do município, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o aparelho braçadeiras neonatal (7-10cm), infantil (12-16cm), adulto pequeno



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3652-1163 / 3652-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 89.340-000 - ITAIÓPOLIS/SC



(20-26cm), adulto (25-34cm), obeso (32- 43cm); Braçadeiras com variação de cor de acordo com o tamanho. Braçadeiras Homologadas pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. Apresentar registro no ms. Em conjunto com estetoscópio duplo para uso adulto e pediátrico, com auscultador fabricado em aço inox para medição de alta e baixa frequência, com excelente performance, design avançado para auscultação mais precisa, durabilidade, fácil desinfecção e diafragmas em ambos os lados, sendo adulto e pediátrico, com hastes binaurais em alumínio na cor preta e olivas em silicone macias e anatômicas que proporciona melhor vedação acústica e conforto, anel com bordas anti-frio, tubo em forma de "Y" fabricado em PVC e mola embutida para melhor conforto e segurança. Acompanha o equipamento um par de olivas, duas membranas sobressalentes e um identificador de propriedades preso ao tubo, embalagem individual, manual em português, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. Apresentar registro ANVISA junto a proposta.

Fica **DEFERIDA** a desclassificação das empresas citadas, em relação ao registro da ANVISA; não apresentarem proposta conforme descreve o descritivo do certame.

O recurso apresentado referente ao item **79 LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL**: cor branca, confeccionado em 100% celulose virgem, dimensões: 70 cm x 50 m, deverá constar na embalagem dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA.

Fica **INDEFERIDO** e a apresentação de amostra neste item, em relação ao acompanhamento do mesmo, ficamos a disposição pela transparência recebida.

O recurso apresentado referente ao item **80 LOÇÃO OLEOSA**: Curativo a base de ácidos graxos essenciais, associado a óleo de girassol. Embalado em frasco tipo almotolia 200 ml. Registro na ANVISA como correlato, com notificação para prevenção e tratamento de feridas, úlceras, queimaduras de primeiro e segundo grau. Na embalagem deverá conter nome e /ou marca do produto, lote e data de fabricação, prazo de validade. Apresentar laudo de irritabilidade dérmica testado em humanos.

Fica **DEFERIDO** a apresentação do laudo conforme edital.

O recurso apresentado referente ao item **121 SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 100UI**: Agulha 8x0, 30 estéril, de uso único, transparente, atóxica, Cilindro siliconado que proporciona deslizamento suave, sendo ele transparente e com escala nítida. Possui êmbolo com ramificações em sua base para facilitar a aplicação sem deslize dos dedos. Êmbolo deslizável,

Handwritten signatures in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3652-1183 / 3652-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 88.340-000 - ITAIPÓPOLIS/SC



ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Êmbolo reto não se desprende do cilindro devido ao anel de retenção. Flange com desenho que facilita à adaptação dos dedos durante a aplicação ou aspiração. Flange com formato anatômico, para apoio dos dedos e que confira estabilidade à seringa quando em superfície plana. Escala numerada em traços longos a cada 10 U.I. e a secundária exclusivamente a cada 1 U.I., com alto grau de precisão, traços e números de inscrição claros, legíveis e isentos de falhas. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização e permita a abertura asséptica, informando externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, validade e registro ANVISA.

Fica **INDEFERIDO** a apresentação de amostra neste item, salientamos que os produtos serão conferidos na hora da entrega, em caso da não apresentação correta será realizado a devolução bem como a desclassificação da empresa neste item.

O recurso apresentado referente ao **item 122 SERINGA DE 1 ML COM AGULHA ACOPLADA 25 X 0,6. Tamanho 100UI**. Fabricada em polímero plástico inerte, ou seja não reage com a insulina; bisel trifacetado; atóxica; apirogênica descartável, uso único estéril — esterilizada por óxido de etileno, subdividida exclusivamente de uma em uma unidade, corpo transparente — permite a perfeita visualização do nível de medicamento, além de facilitar detecção de possíveis impurezas movimento suave do êmbolo, a lubrificação com silicone de alta qualidade reduz a pressão exigida durante a aplicação da injeção, tornando-a muito mais confortável. Embalagem individual em papel grau cirurgico com abertura asséptica contendo identificação do produto, validade e lote e registro na ANVISA.

Fica **INDEFERIDO** a apresentação de amostra neste item, salientamos que os produtos serão conferidos na hora da entrega, em caso da não apresentação correta será realizado a devolução bem como a desclassificação da empresa neste item.

O recurso apresentado referente ao **item 155 TIRAS REAGENTES** para medida de glicemia, para testar glicose em sangue capilar. Deverá apresentar o resultado no monitor em até 10 segundos e contemplar a faixa de medicação entre 20 mg/dl a 500 mg/dl podendo ser inferiores a 20 mg/dl e superiores a 500 mg/dl. Permitir a verificação da glicemia em adultos, gestante, crianças e neonatos, com qualquer química enzimática. Volume máximo de amostra de sangue de 0,5 microlitros para uso em aparelho por amperometria ou fotometria, por metodologia de aspiração capilar que não permita o contato de agentes biológicos com o aparelho. Realizar medida com atuação de temperatura na faixa de 5°C a 45°C. Deverão ser fornecidos

(Handwritten signatures in blue ink)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3652-1183 / 3652-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 89.340-000 - ITAIPÓPOLIS/SC



na forma de comodato, sem custos para o contratante: aparelhos glicosímetros com uso de bateria única de lítio, tendo 2 reservas, de acordo com as solicitações, no máximo de 550 aparelhos e assistência técnica em todas as Unidades de Saúde que fizerem uso do produto; substituição de baterias pelo prazo de vigência do contrato; cabos USB, de acordo com as solicitações, sendo no máximo 02 cabos por Unidade de Saúde, para transferência de dados do aparelho para microcomputador; e a instalação de software para leitura dos dados dos aparelhos e emissão de relatórios e estatísticas, registro no Ministério da Saúde, prospecto e carta de credenciamento do detentor do registro, específica para esse certame, certificando enfermeiro(a) responsável para treinamento dos profissionais de saúde. Embalagem contendo 50 tiras, com identificação de lote, validade e registro no Ministério da Saúde, deve conter bula em português, responsável técnico, data de fabricação.

Fica DEFERIDO; que se verifiquem as documentações, e prossiga na desclassificação das mesmas.

02- Venho por meio deste em resposta ao recurso apresentado pela empresa **CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**.

O recurso apresentado referente ao item 45 **ESFIGMOMANÔMETRO** aneroide mecânico de pressão arterial, sistema de montagem interna livre de engrenagens, indicador de valores da pressão constituído por ponteiro que se desloca sobre uma escala circular, fornecendo a indicação da pressão arterial, atendendo aproximadamente: Faixa de medição: 6 a 300 mmHg. Valor de uma divisão: 2 mmHg, Graduação máxima: 304 mmHg, Graduação mínima: 6 mmHg. Resistência a impacto cumprindo padrões da norma ANSI/AAMI SP-9, resistindo a quedas ou impactos de até 76cm de altura, comprovado através de documento da fábrica. Não deverá depender da utilização de pilhas ou baterias ou qualquer fonte de alimentação elétrica para seu pleno e seguro funcionamento. Manômetro totalmente aneroide com giro de 360° para fácil leitura e para evitar erros de paralax. Precisão Certificada pelo Inmetro de ± 3 mmHG. Sistema de troca rápida de braçadeiras; Manguito e pêra livre de látex; Braçadeira confeccionada em nylon com brasão do município, com fechamento por Velcro de alta duração e lavável. Braçadeira deve ter o sinalizador da posição sobre artéria para a aferição e com marcador de limites de tamanhos impressos com marca de controle de circunferência do Braço. Acompanham o



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3852-1183 / 3852-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 89.340-000 - ITAIPÓPOLIS/SC



aparelho braçadeiras neonatal (7-10cm), infantil (12-16cm), adulto pequeno (20-26cm), adulto (25-34cm), obeso (32- 43cm); Braçadeiras com variação de cor de acordo com o tamanho. Braçadeiras Homologadas pelo INMETRO, da mesma marca do Fabricante do aparelho. Garantia de Calibração de no mínimo 5 anos. Apresentar registro no ms. Em conjunto com estetoscópio duplo para uso adulto e pediátrico, com auscultador fabricado em aço inox para medição de alta e baixa frequência, com excelente performance, design avançado para auscultação mais precisa, durabilidade, fácil desinfecção e diafragmas em ambos os lados, sendo adulto e pediátrico, com hastes binaurais em alumínio na cor preta e olivas em silicone macias e anatômicas que proporciona melhor vedação acústica e conforto, anel com bordas anti-frio, tubo em forma de "Y" fabricado em PVC e mola embutida para melhor conforto e segurança. Acompanha o equipamento um par de olivas, duas membranas sobressalentes e um identificador de propriedades preso ao tubo, embalagem individual, manual em português, garantia de 5 anos contra defeito de fabricação. Apresentar registro ANVISA junto a proposta.

Fica **INDEFERIDO** ao recurso interposto, salientamos que os produtos serão conferidos as exigências na hora da entrega, em caso da não apresentação correta será realizado a devolução bem como a desclassificação da empresa neste item.

03-Venho por meio deste em resposta ao recurso apresentado pela empresa **METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.**

O recurso apresentado referente ao **item 57 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO G: descartável, antialérgica, deve possuir maciez e absorção adequadas à sua finalidade, formato anatômico, gel superabsorvente e bem distribuído pela fralda, aloe vera, indicador de umidade, superfície uniforme ainda que úmida, barreira lateral contra vazamentos de líquido, no mínimo três fios de elásticos com barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; duas fitas adesivas de cada lado para fixação, deverá ser composta de fibras de celulose atóxicas. Embaladas em pacote contendo até 20 fraldas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, nº do lote, validade e registro ANVISA. Capacidade de absorção de no mínimo 1.248 ml e média de 1.513ml, cintura entre 80 e 150 cm, peso entre 70 e 90 kg.**



Apresentar afe do fabricante. (Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção). Apresentar amostra.

item 58 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO M: descartável, antialérgica, deve possuir maciez e absorção adequadas à sua finalidade, formato anatômico, gel superabsorvente e bem distribuído pela fralda, aloe vera, indicador de umidade, superfície uniforme ainda que úmida, barreira lateral contra vazamentos de liquido, no mínimo três fios de elásticos com barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; duas fitas adesivas de cada lado para fixação, deverá ser composta de fibras de celulose atóxicas. Embaladas em pacote contendo até 10 fraldas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, nº do lote, validade e registro ANVISA. Capacidade de absorção de no mínimo 973 ml e média de 1.189 ml, cintura entre 70 e 120 cm, peso entre 40 e 70 kg. Apresentar afe do fabricante. (Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção). Apresentar amostra.

Item 59 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO P: descartável, antialérgica, deve possuir maciez e absorção adequadas à sua finalidade, formato anatômico, gel superabsorvente e bem distribuído pela fralda, aloe vera, indicador de umidade, superfície uniforme ainda que úmida, barreira lateral contra vazamentos de liquido, no mínimo três fios de elásticos com barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; duas fitas adesivas de cada lado para fixação, deverá ser composta de fibras de celulose atóxicas. Embaladas em pacote contendo até 10 fraldas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, nº do lote, validade e registro ANVISA. Capacidade de absorção de no mínimo 862 ml e média de 1.094 ml, cintura entre 40 e 80 cm, peso entre 40 e 80 kg. Apresentar afe do fabricante. (Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção). Apresentar amostra.

Item 60 FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO XG: descartável, antialérgica, deve possuir maciez e absorção adequadas à sua finalidade, formato anatômico, gel superabsorvente e bem distribuído pela fralda, aloe vera, indicador de umidade, superfície uniforme ainda que úmida, barreira lateral contra vazamentos de liquido, no mínimo três fios de elásticos com barreiras mais altas proporcionando muito mais segurança contra vazamentos laterais; novo design com núcleo de formato anatômico proporcionando maior conforto; duas fitas adesivas de cada lado para fixação, deverá ser composta de fibras de celulose atóxicas. Embaladas em pacote contendo até 18 fraldas, trazendo externamente os dados de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3652-1163 / 3652-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 89.340-000 - ITAIPÓPOLIS/SC



identificação, procedência, data de fabricação, nº do lote, validade e registro ANVISA. Capacidade de absorção de no mínimo 1.310 ml e média de 1.529 ml, cintura entre 110 e 165 cm, peso acima de 90 kg. Apresentar afe do fabricante. (Anexar à proposta laudo microbiológico e laudo de capacidade de absorção). Apresentar amostra.

Fica **INDEFERIDO** o questionamento das empresas, PÉROLA, PRODUVALE E GOLDENPLUS. Estes itens apontados serão analisados na apresentação de amostras conforme edital.

04-Venho por meio deste em resposta ao recurso apresentado pela empresa **ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS LTDA** .

O recurso apresentado referente ao item 96 **OXÍMETRO DE MESA**. Características mínimas: equipamento de mesa, não será aceito do tipo palm com base. Equipamento deverá possuir alça para transporte. Equipamento deverá possuir tela de lcd de no mínimo 7" com alta resolução e contraste, deverá possuir indicação de spo2, frequência cardíaca, força de pulso, onda plestimográfica e tabela de tendências. Deverá mostrar em tempo real a onda plestimográfica com valores medidos e dados cronológicos, tendencias de medição dos parâmetros de alarmes e informações do paciente. Deverá possuir no mínimo três modos de exibição, modo mesa, modo dígitos grandes e modo gráfico. Deverá possuir alarmes sonoros ajustáveis e programáveis, com botões frontais liga/desliga, volume, brilho, silenciar alarme, modo exibição, menu e botão rotativo. Deverá possuir leds indicativos de bateria e funcionamento por energia ac, carga da bateria, silêncio do alarme. Deverá possuir bateria interna de litio recarregável, e porta de rede para comunicação com computador. Equipamento para uso em adultos, pediátricos e neonatais. Faixade leitura de 0-100%. Frequência cardíaca com faixa de leitura de 30-250 bpm. Equipamento deverá ser bivolt automático, com autonomia de bateria de aprox 5 horas. Dimensões aproximadas: largura 300mm x altura 180mm x peso 2,09kg. Equipamento deverá possuir certificação do inmetro. Apresentar catálogo para análise e registro junto ao ministério da saúde anvisa.

Fica **INDEFERIDO** ao recurso interposto, salientamos que os produtos serão conferidos na hora da entrega, em caso da não apresentação correta será realizado a devolução bem como a desclassificação da empresa neste item.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - CNPJ 83.102.517/0001-19
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ 10.817.032/0001-38
Fones (47) 3652-1183 / 3652-1893
Avenida Tancredo Neves nº 234 - Centro
CEP- 89.340-000 - ITAIPÓPOLIS/SC




05-Venho por meio deste em resposta ao recurso apresentado pela empresa **UDILIFE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**.
Este cabe a avaliação da equipe da comissão licitante.

06-Venho por meio deste em resposta a **CONTRARAZÃO** apresentado pela empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** em face do Recurso apresentado pela recorrente **TRADE MEDICAL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**.

Fica **INDEFERIDO** o recurso interposto, pois o mesmo não atende ao descritivo do certame. Salientamos que os produtos serão conferidos na hora da entrega, em caso da não apresentação correta será realizado a devolução bem como a desclassificação da empresa neste item.

Atenciosamente



Norton Dresseno
Técnico em Enfermagem
Almoxarifado Central



Camila Moreira Carvalho
Farmacêutica