



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

**OFÍCIO Nº 079/2024/AC/HSS**

**Itaiópolis, 23 de outubro de 2024.**

**ASSUNTO: RESPOSTA AO RECURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PREGÃO ELETRÔNICO nº 05/2024 do Fundo Municipal de Saúde de Itaiópolis/SC.**

**RECORRENTE: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 11.405.384/0001-49.

**RECORRIDA: CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.626.776/0001-60.

**OBJETO:** A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES CONFORME DESCRIÇÃO DOS ITENS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NAS CONDIÇÕES FIXADAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

**ITEM: 02** - Oxímetro de mão, portátil.

#### **1 – ADMISSIBILIDADE.**

No dia 05 (cinco) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) iniciou-se a fase recursal, abrindo o prazo de 3 (três) dias úteis para interposição de recurso e dia 11 (onze) de setembro de 2024, abriu o prazo de 3 (três) dias úteis para interposição de contrarrazão, conforme Edital

A recorrente ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 11.405.384/0001-49, interpôs recurso no dia 10 (dez) de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) pela Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, sendo assim tempestiva a interposição do recurso.

Recursos		
Manifestações		
Horário	Autor	Situação
05/09/2024 15:14	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	MANIFESTADA
Recursos		
Horário	Autor	Situação
10/09/2024 16:24	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	NÃO JULGADO

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Não houve recepção de Contrarrazões, como pode ser observado pela imagem extraída da Plataforma da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, abaixo.

Recursos		
Horário	Autor	Situação
10/09/2024 16:24	ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	NÃO JULGADO

Contrarrazões

Nenhum registro encontrado

## 2 - DA SÍNTESE

Informo que a íntegra da peça está disponível no portal da transparência do município - <https://itaiopolis.sc.gov.br/licitacoes/>

Resumidamente, a proponente **ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA** requer que “*seja anulado o ato administrativo que declarou a Recorrida vencedora do item nº 02 do certame*”, ou sejam requer a desclassificação da proponente **CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**.

## 3 - DA ANÁLISE.

No dia 27 (vinte e sete) de junho de 2024 (dois mil e vinte e quatro) iniciou-se na Plataforma da BLL a fase de disputa com lances do Pregão Eletrônico nº 05/2024. Ao final da fase de lances a proponente M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES apresentou melhor lance para os itens 01 e 02.

A sessão foi suspensa para análise da documentação de habilitação apresentada pela proponente. Durante a análise, foi verificado que os equipamentos ofertados pela proponente não atendiam ao descritivo do edital, tornando a proponente DESCLASSIFICADA, sendo convocada a segunda proponente, K & M MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que também não atendeu ao descritivo no edital, sendo também DESCLASSIFICADA.

Foi convocada a terceira proponente, JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no entanto a proponente não encaminhou os documentos da habilitação no prazo solicitado, sendo INABILITADA.

Desse modo foi convocada a quarta participante dos itens 01 e 02, sendo a vencedora para o item 02 a proponente CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, que, no entendimento da Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, havia atendido a todas as

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
[www.itaiopolis.sc.gov.br](http://www.itaiopolis.sc.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

especificações do edital e encaminhado os documentos pertinentes à habilitação, tornando-se classificada e habilitada.

Dessa forma a proponente ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, acreditando ter havido erro na decisão da Agente de Contratação e da Equipe de Apoio, apresentou recurso na data de 10 de setembro de 2024, alegando que o objeto ofertado pela proponente não atende às especificações técnicas exigidas em edital.

A proponente aponta que o objeto não possui a função “auto desligamento”, e que somente possui a função de “desligamento automático”, afirmando que a diferença entre um e outro é que o auto desligamento é normalmente uma configuração padrão que atua após um tempo de inatividade, o desligamento automático pode depender de ajustes adicionais para operar como esperado.

Aponta ainda que o edital exige que o produto ofertado apresente faixa de alarme: **0 a 250 bpm**, porém, que o produto ofertado apresenta **faixa de configuração de limite de alarme de SpO2 de 50% – 99%**.

Para esclarecer os questionamentos da requerente, foi encaminhado, em sede de diligência, pedido de esclarecimento à proponente CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, conforme demonstrado abaixo.

À empresa **CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**

**Objeto: Aquisição de equipamentos médico-hospitalares conforme descrição dos itens – Pregão Eletrônico 05/2024 –FMS.**

**Assunto: Solicitação de Esclarecimento.**

Prezados,

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente, solicitar esclarecimentos referentes aos apontamentos feitos pela empresa Alfa Med Sistemas Médicos LTDA, em sede de recurso.

A referida empresa alega que o equipamento ofertado pela empresa **Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde Eireli**, não atende as especificações técnicas exigidas em edital, em especial as funções autodesligamento e faixa de alarme de 0 a 250 bpm.

Dessa forma, é necessário que seja esclarecido se o equipamento ofertado possui tais características, bem como que seja apresentada comprovação de pleno atendimento as especificações editalícias, sob pena de desclassificação no presente certame.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sobreveio a resposta da proponente indicando que o objeto cumpre integralmente às especificações do edital, vejamos.



**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2024**

#### RESPOSTA DILIGENCIA ITEM 02

A empresa Cirúrgica São Felipe Produtos Para Saúde LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.626.776/0001-60, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2 – Sala C – Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020, neste ato representado por sua sócia gerente a Srª. Maristela Belotto Pelozzo, portador da Carteira de Identidade nº 5.916.363-9/SESP-PR e CPF nº 922.630.709-15, vem por meio desta prestar os esclarecimentos solicitado, para o item 02 – Oxímetro Portátil.

1. Autodesligamento?

Resposta: Página 09 do manual segue.

◆ Desligamento automático:

Link para consulta: [file:///C:/Users/User/Downloads/UFI%20SP-20%20\(36\).PDF](file:///C:/Users/User/Downloads/UFI%20SP-20%20(36).PDF)

2. Faixa de alarme de 0 a 250bpm?

Resposta: Página 25 do manual segue.

Link para consulta: [file:///C:/Users/User/Downloads/UFI%20SP-20%20\(36\).PDF](file:///C:/Users/User/Downloads/UFI%20SP-20%20(36).PDF)

**d. Medição de frequência cardíaca**

Exibição e faixa de medição: 0 bpm-300bpm

Precisão: ±2bpm - ±2%

Resolução: 1 bpm

Pinhais, 07 de Outubro de 2024.

CIRURGICA SAO FELIPE  
PRODUTOS PARA  
SAUDE  
LTDA:07626776000160  
Assinado de forma digital  
por CIRURGICA SAO FELIPE  
PRODUTOS PARA SAUDE  
LTDA:07626776000160  
Dados: 2024.10.07 11:32:07  
-03'00'

Da análise dos documentos supramencionados, verifica-se que a recorrente alega que o equipamento não possui a função auto desligamento, apenas pelo equipamento necessitar de comando para ativar a função auto desligar, devendo apresentar a função como “ligado”.

Da análise do descritivo no edital, não foi identificado qualquer exigência que o equipamento deva vir configurado de fábrica para desempenhar a função auto desligar, mas sim que, o equipamento consiga executar tal função. Desse modo, é possível identificar das

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 – Centro - CEP- 89.340-000  
[www.itaipolis.sc.gov.br](http://www.itaipolis.sc.gov.br)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

especificações técnicas que o equipamento, após configurado, irá desempenhar a função de auto desligamento após 3 minutos de inatividade, atendendo assim os requisitos editalícios.

A recorrente afirma o não atendimento da faixa de alarme sonoro de 0 a 250bpm, no entanto, para a comprovação de tal alegação, utiliza-se do descritivo do manual que se refere a SpO2, onde, neste, o dispositivo apresenta configuração de alarme entre 50% e 99%.

Acreditamos que a recorrente se equivocou em tal afirmação, posto que, é de conhecimento comum que “bpm” refere-se aos batimentos do coração por minuto, ou seja, a frequência cardíaca do indivíduo, enquanto “SpO2” refere-se à saturação de oxigênio no sangue, aferida de 0% a 100%.

Ainda, para que não haja dúvida quanto ao atendimento a faixa de alarme sonoro, é possível observar, que o equipamento dispõe de mecanismo de alarme audiovisual ajustável, de acordo com a necessidade do usuário, vejamos.



Oxímetro de Pulso SP-20  
Portátil e Mesa - Creative



### Características

- Oxímetro de SpO2, frequência de pulso e temperatura (opcional)
- PI, Curva pletismo áfica e barra de pulso
- Uso adulto, pediátrico e neonatal
- Tecnologia de baixa perfusão padrão nellcor
- Sistema anti-movimento para transporte de paciente intra e extra hospitalar
- Grau de proteção IP22
- Bateria de lítio paa té 24 horas
- 580 horas de armazenamento de dados
- Software de PC para gerenciamento de dados
- Alarmes audiovisuais ajustáveis
- Gráficos de tendências SpO2 e PR com opção para gravação
- Botão silenciar alarme
- Suporte no equipamento para visualização na horizontal
- Capa de proteção em silicone
- Base de mesa
- Apoio de mesa integrado
- Medição por infravermelho através do canal auricular e testa

Dessa forma, resta comprovado que a empresa CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI apresentou objeto que atende às características solicitadas em edital, cabendo ainda ao Gestor e Fiscal do contrato a verificação quando da entrega do objeto, se o mesmo possui as características ofertadas pela proponente.

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
www.itaiopolis.sc.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

#### **4 - DA DECISÃO.**

Assim, aprecio por tempestivo o recurso da proponente **ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA** e julgo improcedente o mérito do recurso, permanecendo a proponente **CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI** classificada e habilitada no certame.

**HELEN SCARLET SCHNEIDER**  
**Agente de Contratação**

CNPJ 83.102.517/0001-19 - Fone (47) 3652-2211  
Av. Getúlio Vargas, 308 - Centro - CEP- 89.340-000  
[www.itaioplis.sc.gov.br](http://www.itaioplis.sc.gov.br)

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

634

LG0

W31

PN2