

**A**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13/2024**  
**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2024**

A empresa **GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**, sediada na Rua Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – CEP 32.150-240 Brasil, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº00.029.372/0002-21, vem através dessa solicitar Pedido de Esclarecimento conforme abaixo:

**PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

Nosso equipamento faz o armazenamento dos arquivos e tratamos cine looping como memória ativa total, ou seja, 256Mgb a carta da fábrica em anexo, comprova que atendemos a quantidade em quadros como solicitado no item 4.2 do Edital.

**PRAZO DE ENTREGA**

**Edital:** Os materiais serão entregues no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho;

**Gehc:** : Pela análise do edital percebe-se que tal prazo não se mostra factível de cumprimento. Conforme se denota do descritivo técnico do Equipamento, este contém diversas peculiaridades. Por conta disto, as empresas não o fabricam para mantê-los em estoque já que, além de gerar custos, inexistiria a previsibilidade de saída/venda (assim, pouco interessante no aspecto comercial). É bastante difícil que alguma empresa consiga viabilizar a entrega de todos equipamento no prazo de 30(trinta) dias contados do pedido. Vislumbrando um aspecto prático mais realista, gostaríamos que o prazo de entrega do edital fosse alterado para **60 (SESSENTA)** dias.

**GARANTIA**

**Edital: c)** Declaração de que o produto está coberto por garantia on-site integral do equipamento de 24 meses, para serviços e reposição de peças, prestada diretamente pela empresa ou pela fabricante, através de sua rede de assistência técnica localizada na região do Hospital.

**Gehc:** A garantia do equipamento é 12 meses conforme escrito no descritivo técnico “.... Tensão de acordo com a entidade solicitante. Garantia 12 meses... “ ou é de 24 meses , conforme o pedido da declaração no item c), acima ?

**SUBCONTRATAÇÃO**

**Edital:** Vedada à subcontratação ou transferência total ou parcial do objeto.

**Gehc:** Visando a transparência do processo, poderia esclarecer se Assistência técnica prestada por representante autorizado é considerada como subcontratação?

## ASSISTENCIA TECNICA

**Edital:** Esta garantia abrange a substituição de peças novas e não utilizadas, bem como a mão-de-obra necessária

**Gehc:** É de conhecimento público que a algum tempo a cadeia produtiva mundial tem sofrido com falta de componentes para fabricação de equipamentos e placas eletrônicas. Equipamentos médicos são críticos para a saúde pública e a população é diretamente afetada caso algum aparelho venha a ter um elevado tempo para reparo aguardando uma peça que não pode ser produzida pela falta de componentes. Para evitar esse tipo de situação, a GE Healthcare implementou centros de reparos para placas eletrônicas de seus equipamentos. Os reparos são realizados por especialistas da própria GE seguindo um rigoroso protocolo de segurança e engenharia visando a disponibilização de placas eletrônicas para os mais variados equipamentos da sua base. As peças saem do centro de reparo com o mesmo padrão de garantia e qualidade das peças novas.

Uma prática comum no mercado Brasileiro é que a própria Engenharia Clínica realiza algumas intervenções técnicas nos equipamentos médicos. Intervenções estas realizadas com técnicos e engenheiros com responsabilidade técnica. O reparo de placas realizada pelo próprio fabricante utilizando todo protocolo e materiais homologados é uma solução visando justamente o aumento da disponibilidade dos aparelhos com o mais alto padrão de segurança. Soma-se a isso o fato de não existir nenhuma resolução da ANVISA ou Lei que restrinja a utilização de peças reparadas e inspecionadas pelo próprio fabricante.

Reforçamos que a GE Healthcare sempre prioriza fornecer placas e peças novas, entretanto caso estas não estejam em estoque nós seguimos com a aplicação de peças já reparadas com o mesmo padrão de qualidade.

Tendo em vista tudo o que foi explicado acima, perguntamos se podemos participar com este entendimento?

Contagem, 21 de junho de 2024

---

**GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA**

